Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	CZĘŚĆ NR 3A		
LP	**OPIS**	**ILOŚĆ**	**UWAGI**
1	Przepływomierz turbinowy a. Zakres pomiarowy: • minimalny przepływ co najwyżej 15 Nm^3/h • maksymalny przepływ co najmniej 80 Nm^3/h b. Dokładność ±1% c. Temperatura gazu od co najmniej 0°C do przynajmniej 40°C d. Ciśnienie gazu (bezwzględne) od co najmniej 110 kPa do przynajmniej 300 kPa e. Przystosowany do pomiaru wydatku powietrza, propanu, metanu, wodoru, CO_2 oraz acetylenu f. Czas reakcji poniżej 50 ms g. Możliwość połączenia z komputerem h. Rejestrowanie wydatku bieżącego oraz sumarycznego i. Wyjściowy sygnał analogowy: 4-20 mA j. Wyjściowy sygnał impulsowy o parametrach: 25 mA, 30V prąd stały i czasie trwania pulsu 10 ms oraz 100 ms z możliwością przełączenia przez użytkownika	1	-
2	Przepływomierz turbinowy a. Zakres pomiarowy: • minimalny przepływ co najwyżej 45 Nm^3/h • maksymalny przepływ co najmniej 400 Nm^3/h b. Dokładność ±1% c. Temperatura gazu od co najmniej 0°C do przynajmniej 40°C d. Ciśnienie gazu (bezwzględne) od co najmniej 110 kPa do przynajmniej 300 kPa e. Przystosowany do pomiaru wydatku powietrza, propanu, metanu, wodoru, CO_2 oraz acetylenu f. Czas reakcji poniżej 50 ms g. Możliwość połączenia z komputerem h. Rejestrowanie wydatku bieżącego oraz sumarycznego i. Wyjściowy sygnał analogowy: 4-20 mA j. Wyjściowy sygnał impulsowy o parametrach: 25 mA, 30V prąd stały i czasie trwania pulsu 10 ms oraz 100 ms z możliwością przełączenia przez użytkownika	2	-