Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sulejówek, 23.03.2018

Dane Zamawiającego:

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

do zapytania ofertowego nr 03.2/2018

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęło pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1:

Dla jakiego gazu wyskalować rotametr?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Rotametr cieczowy, alkaiczny roztwór wodny o pH do 13. Gęstość 1170 kg/m^3, lepkość 2,1 cP. Uszczelnienia PTFE.

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania ofert.