



Sulejówek, 27.04.2018

Dane Zamawiającego:

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW
do zapytania ofertowego nr 16/2018

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęło 1 pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga dla każdej z wersji chromatografu aby była możliwość dozowania oprócz próbki gazowej również próbek ciekłych bezpośrednio na każdą z zamontowanych kolumn bez konieczności manualnego przepinania ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Tak. Wymagamy, aby była możliwość dozowania próbek ciekłych i gazowych w celu wykonywania analiz bezpośrednio na każdą z zamontowanych kolumn bez konieczności manualnego przepinania.

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania ofert.