



Sulejówek, 27.04.2018

Dane Zamawiającego:

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW
do zapytania ofertowego nr 16/2018

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęło 1 pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza chromatograf gazowy z detektorami FID, TCD, FPD bez możliwości jednoczesnego dozowania na wszystkich kanałach próbek ciekłych bez przepinania kolumn? Z racji tego, że jeden kanał zawiera detektor TDC i wyposażony jest w zawór z pętlą dozującą, fizycznie niemożliwe jest aby dozować tam próbkę ciekłą. Na pozostałych kanałach istnieje taka możliwość.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Wymagana jest konfiguracja umożliwiająca jednoczesne dozowanie na wszystkich kanałach próbek ciekłych bez przepinania kolumn.

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania ofert.